

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Волгодла (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-08-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mfc@nt-rt.ru || <http://microfor.nt-rt.ru>



Термогигрометр ИВА-6АР

Основные технические характеристики термогигрометра Ива-6АР

Диапазон измерений:

относительной влажности, %	0...98
температуры с преобразователем	
исполнение 1Т, °С	0...+60
исполнение 2Т, °С	-20...+60
исполнение 3Т, °С	-40...+60

Пределы основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности, %

исполнение 1П	
в диапазоне относительной влажности от 0 до 90%	±2
в диапазоне относительной влажности от 90 до 98%*	±3
исполнение 2П	
в диапазоне относительной влажности от 0 до 90%	±1
в диапазоне относительной влажности от 90 до 98%*	±2

* - метрологические характеристики при отн. влажности более 90% обеспечиваются только при кратковременном (не более 2 часов) пребывании преобразователя при этих условиях

Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С

в диап. от -40 до -20°С, °С	±1
в диап. от -20 до 60°С, °С	±0,3

Рабочий диапазон температур блока индикации, °С

0...+50

Габаритные размеры блока индикации, мм (не более)

24x70x160

Максимальная длина соединительного кабеля, м (по умолчанию - 4м)

100

Масса термогигрометра, кг (не более)

0,4

Межповерочный интервал, мес

12